

Thới Lai, ngày 01 tháng 08 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Thới Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy siêu âm tổng quát tại Trung tâm Y tế huyện Thới Lai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, Ấp Thới Phong A – Thị Trấn Thới Lai – huyện Thới Lai - thành phố Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DSCKI. Dương Văn Bé, chức vụ: Phó phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại: 0986851141 hoặc ThS. Đào Thanh, chức vụ: Trưởng khoa Xét Nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh, số điện thoại: 0939393116

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, ấp Thới Phong A – Thị Trấn Thới Lai – huyện Thới Lai - thành phố Cần Thơ hoặc nhận qua Mail: daothanhtl1980@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ ngày 01 tháng 08 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 11 tháng 08 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
01	Máy siêu âm tổng quát	Thiết bị có đầy đủ các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa: CO, CQ, giấy chứng nhận lưu hành, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Trang thiết bị. Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau. Thiết bị hoạt động tốt trong môi trường tại Việt Nam. Thiết bị sử dụng nguồn điện: 100V – 240V.	01	Bộ

		50/60Hz Máy siêu tổng quát: Gồm có - Thân máy chính, Màn hình hiển thị LED, gồm ≥ 3 đầu dò cơ bản như: + Đầu dò Convex đa tần số ≥ 3.5 Mhz - ≥ 6.5 Mhz: + Đầu dò Linear đa tần số ≥ 7.5 Mhz - ≥ 11 Mhz - Đầu dò 3D – 4D hoặc tương đương - Các phần mềm phù hợp kèm theo máy, đầu dò .. - Khả năng kết nối DICOM 3.0 - Phần mềm công cụ theo dõi dữ liệu thăm khám - Phần mềm hỗ trợ thực hành siêu âm - Phần mềm hiển thị hai loại phong cách hình ảnh phù hợp với sở thích của bác sĩ về độ mịn, sự khác biệt của mô, độ nét của đường viền và lớp cũng như độ tương phản - Phần mềm tối ưu hóa động thông số chế độ màu bao gồm độ lợi và tần số trong thời gian thực để giúp thu được hình ảnh tốt nhất có thể một cách nhất quán để chẩn đoán rõ ràng - Phần mềm đơn giản hóa quy trình làm việc cần gắn nhãn hoặc chú thích hình ảnh siêu âm cho các mục đích tài liệu tương tự như chú thích thủ công hình ảnh siêu âm - Phần mềm tự động đo hình thái học thai nhi - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Bộ máy vi tính và máy in phun màu - UPS online ≥ 1 kVA		
--	--	---	--	--



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế huyện Thới Lai

3. Thời gian giao hàng dự kiến: năm 2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán hợp đồng và các điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác (nếu có).

GIÁM ĐỐC



BSCKII. *Dinh Xuân Hải*

